

编号：YNH/AJ-15-14-2024

清洗液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求：苏镇械备 20240094

检验日期：2025.03.11

试剂批号：22503061

产品型号：PLR-02

配套稀释液批号：22412242

试剂规格：1L、5L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH 计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值 5L	5.02L	5.03L	5.02L	5.03L	√
pH 值	25±1℃时，7.00±0.50。	检测温度：25.0℃				√
		7.15	7.14	7.15	7.15	
空白值	RBC≤0.03×10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT≤10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.6%				√
结论	检验是否合格	合格				



检验人：[Signature]

复核人：[Signature]

批准人：周琦