

编号: YNH/AJ-15-33-2016

## 试剂出厂检验报告

试剂名称: SBD 清洗液

试剂批号: 22604151

检验日期: 2026.04.17

试剂规格: 1L、5L

| 检验项目 | 要求  | 检验结果                       |       |       |       | 结果判定 |
|------|---|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|      |   | 检测 1                       | 检测 2  | 检测 3  | 均值    |      |
| 外观   | 无色或淡黄色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。   | 符合要求                       |       |       |       | √    |
| 净含量  | 不低于标示值。   | 5.05L                      | 5.03L | 5.05L | 5.04L | √    |
| pH 值 | SBD 清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$ , $\text{pH} \geq 12$ ;<br>NCH 清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$ , $\text{pH} = 7.80 \pm 0.05$ ;<br>血小板分析仪专用清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$ , $\text{pH} = 7.00 \pm 0.50$ ;<br>HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$ , $\text{pH} = 7.10 \pm 0.20$ 。 | 检测温度: $25.0^\circ\text{C}$ |       |       |       | √    |
|      |   | 13.33                      | 13.33 | 13.34 | 13.33 |      |
| 空白值  | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $\text{WBC} \leq 0.3 \times 10^9/\text{L}$  | —                          | —     | —     | —     | —    |
|      | 血小板分析仪专用清洗液: $\text{RBC} \leq 0.03 \times 10^{12}/\text{L}$   | —                          | —     | —     | —     |      |
|      | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $\text{RBC} \leq 0.03 \times 10^{12}/\text{L}$  | —                          | —     | —     | —     |      |
|      | 血小板分析仪专用清洗液: $\text{PLT} \leq 10 \times 10^9/\text{L}$  | —                          | —     | —     | —     |      |
|      | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $\text{PLT} \leq 20 \times 10^9/\text{L}$   | —                          | —     | —     | —     |      |
|      | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $\text{HGB} \leq 2\text{g/L}$   | —                          | —     | —     | —     |      |
| 结论   | 检验是否合格。   | 合格                         |       |       |       |      |



检验人: 张平

复核人: 梁金童

批准人: 周琦